

INFORMATION AUX PATIENTS CONCERNANT LES « BIBERONS » D'ANESTHESIQUES LOCAUX

HOPITAL SAINT ANTOINE

184, RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
 75571 PARIS CEDEX 12
 STANDARD : 01 49 28 20 00

UNITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

Responsable :
Pr Marc BEAUSSIER

Anesthésistes :
Dr Didier MILAN
Dr Florence MARCHAND MAILLET

Cadre de Santé :
Sylvie WAGENER

Accueil Orthopédie ouvert 24h/24h.
 01 49 28 25 75

Secrétariat :
 Tel : 01 71 97 01 73 ou 71
 Fax : 01 71 97 01 72

Vous avez bénéficié d'une intervention sur le membre inférieur ou supérieur. La douleur post-opératoire, dans ce type d'intervention est variable et parfois importante pendant les 24 à 48 premières heures. Pour la limiter, nous avons mis en place près du nerf concerné, un « cathéter ». Ce petit tuyau est relié à une pompe « élastomérique » (encore appelée « biberon ») et délivre, en continu un anesthésique local pendant 48 heures (cf schémas).

Ce dispositif s'ajoute à la prescription de médicaments (antalgiques) que vous devez prendre.

Vous n'avez rien à faire concernant cette pompe. Le réservoir situé à l'intérieur de celle-ci se videra progressivement, jusqu'à se rétracter complètement, après deux jours.

Lorsque le réservoir est vide, il vous suffit de défaire le pansement assurant la fixation du cathéter à la peau et de tirer sur le cathéter pour l'enlever. Vous pouvez mettre un pansement sur l'orifice d'entrée de la peau.

L'ensemble du dispositif se jette à la poubelle.

Que faire si :

- Le pansement est « mouillé » ?

Il peut s'agir d'une fuite liée à un reflux de l'anesthésique local sur le bord externe du cathéter. Cela ne présente pas de danger. Ne pas enlever le pansement car l'efficacité peut persister.

- Le cathéter est sorti de la peau ?

Il ne faut pas essayer de le remettre. Jeter le tout.

- Vous ressentez des picotements dans une partie du bras ou de la jambe ?

Cela est dû à l'anesthésique local. Il s'agit d'un phénomène normal. Cette sensation va disparaître avec la levée du bloc (c'est-à-dire quelques heures après que le biberon soit vide).




Schéma d'une pompe élastomérique